

Organon GmbH · 85762 Oberschleißheim bei München

**An die/den
Chefärztin/-arzt
Anästhesie/Intensivmedizin**



29. November 2001

Wichtige Mitteilung zu Norcuron® 10 mg, Durchstichflaschen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die ORGANON GMBH als Vertreiber sowie N. V. Organon als Hersteller von **Norcuron 10 mg** mit dem arzneilich wirksamen Bestandteil **Vecuroniumbromid**, müssen Sie darauf hinweisen, daß

Norcuron 10 mg

seit Mai 2001 mit einem fehlerhaften Beipackzettel (Material-Nr. 33914.620 OTP 02.653/B) versehen wurde. Im Abschnitt „**Dosis bei Verabreichung von Norcuron als Dauerinfusion**“ steht geschrieben „**zwischen 0,8 und 1,4 mg Vecuroniumbromid/kg/min**“.

Die zu applizierende Dosis muß jedoch richtigerweise „zwischen 0,8 und 1,4 µg“ heißen.

Norcuron ist ein **Muskelrelaxans** zur i.v. Injektion. Mit sofortiger Wirkung **wird die Auslieferung gestoppt und die Lagerware mit korrigierten Packungsbeilagen versehen**. Wir bitten bei Lieferverzögerung um Ihr Verständnis.

Wir werden Ihnen eine korrigierte kombinierte Fachinformation/Packungsbeilage zur Verfügung stellen, sobald diese uns vorliegt.

Als **Konsequenz** ergibt sich, daß Sie bitte **Ihre Mitarbeiter**, die mit **Norcuron arbeiten**, über den beschriebenen Sachverhalt informieren.

Wir bieten Ihnen an, Überkapazitäten an Pharbil Waltrop GmbH Auslieferungslager, Im Wirrigen 25, 45731 Waltrop zurückzusenden.


Für Ihre **Rückfragen**, die sich aus dieser Mitteilung bei der ORGANON GMBH ergeben, stehen Ihnen jederzeit **Herr Bertram Walter (Tel. 0 89/3 15 62-1 89)** oder **Herr Dr. Klaus Diergarten (Tel. 0 89/3 15 62-2 92)** zur Verfügung.

Betroffen von dieser Maßnahme sind alle belieferten Kunden, insbesondere die Anästhesie-/Intensivmedizin-Abteilungen der belieferten Krankenhäuser sowie die niedergelassenen Anästhesisten.

Mit freundlichen Grüßen
ORGANON GMBH



i.V.



Dr. med. Klaus Diergarten
Medizinischer Direktor
Stufenplanbeauftragter

Organon GmbH
Mittenheimer Str. 62
85764 Oberschleißheim
bei München
Telefon 0 89/3 15 62-00
Telefax 0 89/3 15 62-218
e-Mail: info@organon.de
http://www.organon.de